

表 2206 1セッションあたりの置換液量(L) 体重減少率(%)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

体重減少率	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.0未満 (%)		4 (7.4)	30 (55.6)	20 (37.0)			54 (100.0)	6	60	7.74	2.12
1.0～ (%)		12 (10.4)	67 (58.3)	35 (30.4)		1 (0.9)	115 (100.0)	6	121	7.93	2.38
2.0～ (%)		29 (9.4)	169 (54.5)	109 (35.2)	1 (0.3)	2 (0.6)	310 (100.0)	16	326	7.94	2.50
3.0～ (%)		53 (7.3)	376 (51.9)	294 (40.6)	1 (0.1)	1 (0.1)	725 (100.0)	35	760	8.11	2.25
4.0～ (%)		72 (7.3)	528 (53.8)	380 (38.7)	2 (0.2)		982 (100.0)	39	1,021	8.10	2.23
5.0～ (%)		53 (6.6)	433 (53.5)	321 (39.7)	1 (0.1)	1 (0.1)	809 (100.0)	41	850	8.16	2.15
6.0～ (%)		34 (8.0)	237 (55.6)	152 (35.7)	2 (0.5)	1 (0.2)	426 (100.0)	12	438	8.07	2.35
7.0～ (%)		19 (13.3)	79 (55.2)	44 (30.8)	1 (0.7)		143 (100.0)	5	148	7.85	2.18
8.0～ (%)		5 (8.2)	34 (55.7)	22 (36.1)			61 (100.0)	2	63	8.05	2.10
9.0～ (%)		1 (4.0)	14 (56.0)	10 (40.0)			25 (100.0)		25	8.36	2.43
合計 (%)		282 (7.7)	1,967 (53.9)	1,387 (38.0)	8 (0.2)	6 (0.2)	3,650 (100.0)	162	3,812	8.08	2.26
記載なし (%)		9 (15.3)	36 (61.0)	13 (22.0)		1 (1.7)	59 (100.0)	8	67	7.41	2.74
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		4.61	4.66	4.65	5.16	3.74	4.65	4.36	4.64		
標準偏差		1.67	1.61	1.53	1.67	2.19	1.59	1.61	1.59		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査