

表 2209 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈）

透析前クレアチニン 濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)											
2～ (%)		8 (33.3)	9 (37.5)	6 (25.0)		1 (4.2)	24 (100.0)	1	25	7.08	3.73
4～ (%)		19 (12.3)	97 (63.0)	37 (24.0)		1 (0.6)	154 (100.0)	4	158	7.42	2.43
6～ (%)		53 (10.9)	284 (58.2)	148 (30.3)	1 (0.2)	2 (0.4)	488 (100.0)	28	516	7.65	2.39
8～ (%)		84 (8.1)	570 (55.0)	379 (36.6)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,036 (100.0)	42	1,078	7.97	2.29
10～ (%)		58 (5.7)	563 (55.1)	397 (38.8)	4 (0.4)		1,022 (100.0)	45	1,067	8.21	2.07
12～ (%)		44 (7.3)	306 (50.6)	252 (41.7)	1 (0.2)	2 (0.3)	605 (100.0)	29	634	8.31	2.29
14～ (%)		9 (3.8)	106 (44.4)	124 (51.9)			239 (100.0)	11	250	8.64	2.01
16～ (%)		6 (7.2)	35 (42.2)	42 (50.6)			83 (100.0)	4	87	8.55	2.19
合計 (%)		281 (7.7)	1,970 (54.0)	1,385 (37.9)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,651 (100.0)	164	3,815	8.08	2.26
記載なし (%)		10 (17.2)	33 (56.9)	15 (25.9)			58 (100.0)	6	64	7.24	2.33
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		9.53	10.12	10.70	10.15	8.23	10.29	10.35	10.29		
標準偏差		2.82	2.62	2.67	2.03	4.02	2.68	2.73	2.68		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査