

表 2210 1セッションあたりの置換液量(L) single pool Kt/V(Kt/Vsp)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上 後希釈)

single pool Kt/V (Kt/Vsp)	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.4未満 (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	7.00	1.41
0.4～ (%)			3 (50.0)	3 (50.0)			6 (100.0)	1	7	8.67	1.63
0.6～ (%)		4 (26.7)	7 (46.7)	4 (26.7)			15 (100.0)	2	17	6.87	2.42
0.8～ (%)		15 (21.7)	43 (62.3)	10 (14.5)	1 (1.4)		69 (100.0)	3	72	6.80	2.49
1.0～ (%)		21 (7.4)	185 (65.4)	77 (27.2)			283 (100.0)	15	298	7.64	1.96
1.2～ (%)		65 (9.0)	435 (60.4)	220 (30.6)			720 (100.0)	26	746	7.74	2.11
1.4～ (%)		86 (8.6)	539 (53.6)	376 (37.4)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,005 (100.0)	39	1,044	8.04	2.26
1.6～ (%)		44 (5.7)	415 (53.4)	316 (40.7)		2 (0.3)	777 (100.0)	32	809	8.25	2.27
1.8～ (%)		21 (5.3)	180 (45.3)	194 (48.9)	2 (0.5)		397 (100.0)	11	408	8.59	2.12
2.0～ (%)		14 (5.3)	97 (36.5)	152 (57.1)	1 (0.4)	2 (0.8)	266 (100.0)	21	287	8.83	2.42
合計 (%)		270 (7.6)	1,906 (53.8)	1,352 (38.2)	6 (0.2)	6 (0.2)	3,540 (100.0)	150	3,690	8.08	2.25
記載なし (%)		21 (12.4)	97 (57.4)	48 (28.4)	2 (1.2)	1 (0.6)	169 (100.0)	20	189	7.69	2.61
総計 (%)		291 (7.8)	2,003 (54.0)	1,400 (37.7)	8 (0.2)	7 (0.2)	3,709 (100.0)	170	3,879	8.07	2.26
平均		1.47	1.51	1.62	1.65	1.75	1.55	1.56	1.55		
標準偏差		0.31	0.29	0.31	0.48	0.29	0.31	0.35	0.31		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査