

表 2214 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前アルブミン濃度(g/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前アルブミン 濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)		1 (25.0)		3 (75.0)			4 (100.0)		4	9.50	4.12
1.5～ (%)		5 (31.3)	7 (43.8)	4 (25.0)			16 (100.0)		16	6.63	2.80
2.0～ (%)		9 (14.5)	44 (71.0)	7 (11.3)		2 (3.2)	62 (100.0)	1	63	7.06	3.07
2.5～ (%)		42 (18.2)	126 (54.5)	61 (26.4)	2 (0.9)		231 (100.0)	7	238	7.25	2.47
3.0～ (%)		70 (7.0)	575 (57.8)	346 (34.8)	4 (0.4)		995 (100.0)	56	1,051	7.98	2.18
3.5～ (%)		136 (7.0)	1,026 (52.7)	778 (39.9)	4 (0.2)	4 (0.2)	1,948 (100.0)	84	2,032	8.19	2.26
4.0～ (%)		42 (6.8)	331 (53.6)	243 (39.3)	1 (0.2)	1 (0.2)	618 (100.0)	25	643	8.13	2.15
4.5～ (%)		2 (8.7)	11 (47.8)	10 (43.5)			23 (100.0)	1	24	7.78	2.63
5.0～ (%)			2 (100.0)				2 (100.0)		2	6.00	1.41
合計 (%)		307 (7.9)	2,122 (54.4)	1,452 (37.2)	11 (0.3)	7 (0.2)	3,899 (100.0)	174	4,073	8.05	2.27
記載なし (%)		19 (17.3)	72 (65.5)	19 (17.3)			110 (100.0)	11	121	7.11	2.13
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		3.43	3.55	3.62	3.39	3.29	3.57	3.57	3.57		
標準偏差		0.55	0.44	0.40	0.49	0.77	0.44	0.38	0.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査