

表 2215 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前CRP濃度(mg/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前CRP濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.2未満 (%)		132 (7.1)	1,036 (56.0)	676 (36.6)	3 (0.2)	2 (0.1)	1,849 (100.0)	87	1,936	8.04	2.19
0.2～ (%)		48 (7.3)	364 (55.0)	247 (37.3)	2 (0.3)	1 (0.2)	662 (100.0)	30	692	8.11	2.22
0.5～ (%)		37 (10.8)	203 (59.0)	101 (29.4)	3 (0.9)		344 (100.0)	12	356	7.72	2.28
1.0～ (%)		24 (9.1)	155 (58.5)	83 (31.3)	2 (0.8)	1 (0.4)	265 (100.0)	9	274	7.86	2.34
2.0～ (%)		17 (10.4)	101 (62.0)	43 (26.4)	1 (0.6)	1 (0.6)	163 (100.0)	8	171	7.75	2.83
4.0～ (%)		4 (7.5)	28 (52.8)	21 (39.6)			53 (100.0)	4	57	8.21	2.09
6.0～ (%)		1 (4.8)	16 (76.2)	4 (19.0)			21 (100.0)	1	22	7.33	1.71
8.0～ (%)		1 (6.7)	10 (66.7)	3 (20.0)		1 (6.7)	15 (100.0)	1	16	8.13	3.74
10.0～ (%)		3 (18.8)	8 (50.0)	5 (31.3)			16 (100.0)	2	18	7.19	2.56
15.0～ (%)		3 (16.7)	10 (55.6)	5 (27.8)			18 (100.0)	1	19	6.78	2.46
合計 (%)		270 (7.9)	1,931 (56.7)	1,188 (34.9)	11 (0.3)	6 (0.2)	3,406 (100.0)	155	3,561	7.98	2.26
記載なし (%)		56 (9.3)	263 (43.6)	283 (46.9)		1 (0.2)	603 (100.0)	30	633	8.24	2.30
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		0.99	0.76	0.63	0.83	2.15	0.73	0.93	0.74		
標準偏差		2.87	2.11	1.74	0.82	3.21	2.06	2.63	2.09		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査