

表 2216 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

透析前補正 カルシウム濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
7.0未満 (%)		3 (15.0)	11 (55.0)	6 (30.0)			20 (100.0)	5	25	7.60	2.85
7.0～ (%)		3 (11.5)	9 (34.6)	14 (53.8)			26 (100.0)		26	8.12	2.44
7.5～ (%)		7 (9.1)	42 (54.5)	28 (36.4)			77 (100.0)	4	81	8.10	1.86
8.0～ (%)		27 (10.2)	131 (49.6)	105 (39.8)	1 (0.4)		264 (100.0)	10	274	7.95	2.31
8.4～ (%)		4 (4.9)	51 (62.2)	27 (32.9)			82 (100.0)	3	85	7.96	1.89
8.5～ (%)		58 (7.4)	426 (54.7)	289 (37.1)	3 (0.4)	3 (0.4)	779 (100.0)	29	808	8.05	2.41
9.0～ (%)		78 (6.9)	633 (55.7)	422 (37.1)	2 (0.2)	1 (0.1)	1,136 (100.0)	48	1,184	8.05	2.11
9.5～ (%)		58 (7.1)	460 (56.6)	291 (35.8)	3 (0.4)	1 (0.1)	813 (100.0)	45	858	8.08	2.31
10.0～ (%)		5 (5.1)	55 (56.1)	38 (38.8)			98 (100.0)	3	101	8.07	2.07
10.1～ (%)		31 (9.5)	167 (50.9)	128 (39.0)	1 (0.3)	1 (0.3)	328 (100.0)	14	342	8.09	2.40
10.5～ (%)		17 (9.8)	90 (52.0)	66 (38.2)			173 (100.0)	9	182	8.04	2.27
11.0～ (%)		8 (14.0)	28 (49.1)	20 (35.1)		1 (1.8)	57 (100.0)	2	59	7.77	2.76
11.5～ (%)		4 (19.0)	8 (38.1)	9 (42.9)			21 (100.0)	1	22	7.90	2.49
12.0～ (%)		2 (12.5)	8 (50.0)	5 (31.3)	1 (6.3)		16 (100.0)	1	17	8.19	2.74
合計 (%)		305 (7.8)	2,119 (54.5)	1,448 (37.2)	11 (0.3)	7 (0.2)	3,890 (100.0)	174	4,064	8.05	2.27
記載なし (%)		21 (17.6)	75 (63.0)	23 (19.3)			119 (100.0)	11	130	7.14	2.16
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		9.32	9.28	9.29	9.58	9.36	9.29	9.24	9.29		
標準偏差		0.97	0.78	0.80	1.34	0.95	0.81	1.04	0.82		

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査