

表 2220 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（オフラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前ヘモグロビン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)				7 (100.0)			7 (100.0)		7	10.29	0.76
5～ (%)		1 (20.0)	4 (80.0)				5 (100.0)		5	6.80	1.79
6～ (%)		7 (21.9)	20 (62.5)	4 (12.5)		1 (3.1)	32 (100.0)		32	6.81	3.13
7～ (%)		13 (16.9)	43 (55.8)	21 (27.3)			77 (100.0)	1	78	7.34	2.30
8～ (%)		26 (10.0)	147 (56.5)	83 (31.9)	2 (0.8)	2 (0.8)	260 (100.0)	7	267	7.79	2.67
9～ (%)		57 (8.6)	384 (58.1)	218 (33.0)	2 (0.3)		661 (100.0)	29	690	7.89	2.15
10～ (%)		83 (6.7)	691 (55.9)	458 (37.1)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,236 (100.0)	46	1,282	8.07	2.22
11～ (%)		80 (7.5)	564 (53.1)	415 (39.0)	2 (0.2)	2 (0.2)	1,063 (100.0)	57	1,120	8.09	2.25
12～ (%)		36 (8.0)	232 (51.3)	182 (40.3)	2 (0.4)		452 (100.0)	21	473	8.25	2.25
13～ (%)		8 (8.2)	43 (44.3)	46 (47.4)			97 (100.0)	7	104	8.21	2.20
14～ (%)		4 (9.3)	24 (55.8)	15 (34.9)			43 (100.0)	2	45	7.79	2.02
合計 (%)		315 (8.0)	2,152 (54.7)	1,449 (36.8)	10 (0.3)	7 (0.2)	3,933 (100.0)	170	4,103	8.03	2.27
記載なし (%)		11 (14.5)	42 (55.3)	22 (28.9)	1 (1.3)		76 (100.0)	15	91	7.63	2.43
総計 (%)		326 (8.1)	2,194 (54.7)	1,471 (36.7)	11 (0.3)	7 (0.2)	4,009 (100.0)	185	4,194	8.02	2.27
平均		10.47	10.61	10.79	10.43	9.67	10.67	10.91	10.68		
標準偏差		1.56	1.34	1.34	1.34	1.86	1.36	1.21	1.36		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査