

表 2239 1セッションあたりの置換液量(L) 透析後体重(kg)別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析後体重	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						2 (100.0)	2 (100.0)		2	20.00	
20～ (%)								1	1		
30～ (%)		8 (9.9)	39 (48.1)	26 (32.1)	4 (4.9)	4 (4.9)	81 (100.0)	5	86	8.86	4.22
40～ (%)		30 (9.1)	130 (39.6)	119 (36.3)	23 (7.0)	26 (7.9)	328 (100.0)	8	336	9.89	4.94
50～ (%)		31 (7.6)	157 (38.3)	153 (37.3)	35 (8.5)	34 (8.3)	410 (100.0)	7	417	10.24	4.72
60～ (%)		8 (3.3)	74 (30.3)	101 (41.4)	25 (10.2)	36 (14.8)	244 (100.0)	3	247	11.64	5.22
70～ (%)		6 (5.4)	39 (35.1)	40 (36.0)	9 (8.1)	17 (15.3)	111 (100.0)	2	113	11.63	5.47
80～ (%)		3 (6.3)	8 (16.7)	22 (45.8)	3 (6.3)	12 (25.0)	48 (100.0)	1	49	13.08	6.18
90～ (%)		1 (5.9)	3 (17.6)	8 (47.1)	2 (11.8)	3 (17.6)	17 (100.0)		17	11.88	5.52
100～ (%)					1 (100.0)		1 (100.0)		1	15.00	
110～ (%)											
120～ (%)				1 (100.0)			1 (100.0)		1	13.00	
合計 (%)		87 (7.0)	450 (36.2)	470 (37.8)	102 (8.2)	134 (10.8)	1,243 (100.0)	27	1,270	10.61	5.08
記載なし (%)			26 (47.3)	25 (45.5)	2 (3.6)	2 (3.6)	55 (100.0)	1	56	9.89	2.66
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		53.30	54.34	57.58	58.51	60.44	56.49	50.55	56.37		
標準偏差		12.36	11.75	12.97	12.56	14.97	12.87	13.90	12.92		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査