

表 2242 1セッションあたりの置換液量(L) Body Mass Index別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

Body Mass Index	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
14未満 (%)			1 (50.0)			1 (50.0)	2 (100.0)	1	3	13.00	9.90
14～ (%)		2 (6.1)	14 (42.4)	14 (42.4)	1 (3.0)	2 (6.1)	33 (100.0)		33	9.55	4.11
16～ (%)		10 (7.3)	52 (38.0)	57 (41.6)	7 (5.1)	11 (8.0)	137 (100.0)	6	143	10.12	4.81
18～ (%)		20 (7.3)	117 (42.9)	92 (33.7)	25 (9.2)	19 (7.0)	273 (100.0)	7	280	9.86	4.65
20～ (%)		20 (7.4)	91 (33.6)	106 (39.1)	25 (9.2)	29 (10.7)	271 (100.0)	3	274	10.62	4.94
22～ (%)		15 (6.7)	79 (35.3)	91 (40.6)	12 (5.4)	27 (12.1)	224 (100.0)	7	231	10.78	5.18
24～ (%)		6 (5.6)	38 (35.2)	43 (39.8)	6 (5.6)	15 (13.9)	108 (100.0)	1	109	10.83	5.13
26～ (%)		4 (6.3)	18 (28.1)	27 (42.2)	4 (6.3)	11 (17.2)	64 (100.0)	2	66	11.38	5.40
28～ (%)		3 (6.3)	17 (35.4)	21 (43.8)	1 (2.1)	6 (12.5)	48 (100.0)		48	10.92	5.11
30～ (%)		3 (9.4)	10 (31.3)	12 (37.5)	1 (3.1)	6 (18.8)	32 (100.0)		32	11.19	6.12
合計 (%)		83 (7.0)	437 (36.7)	463 (38.8)	82 (6.9)	127 (10.7)	1,192 (100.0)	27	1,219	10.48	4.98
記載なし (%)		4 (3.8)	39 (36.8)	32 (30.2)	22 (20.8)	9 (8.5)	106 (100.0)	1	107	11.75	5.15
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		21.46	21.28	21.69	21.16	22.34	21.56	20.39	21.53		
標準偏差		3.73	3.56	3.70	2.83	3.95	3.64	3.32	3.63		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査