

表 2255 1セッションあたりの置換液量(L) 透析前ヘモグロビン濃度(g/dL)別（オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈）

透析前ヘモグロビン濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)			1 (100.0)				1 (100.0)		1	6.00	
5～ (%)								1	1		
6～ (%)			4 (57.1)	2 (28.6)	1 (14.3)		7 (100.0)		7	8.86	3.18
7～ (%)		4 (30.8)	3 (23.1)	4 (30.8)	1 (7.7)	1 (7.7)	13 (100.0)	2	15	8.92	5.79
8～ (%)		4 (7.0)	24 (42.1)	22 (38.6)	6 (10.5)	1 (1.8)	57 (100.0)		57	9.65	4.18
9～ (%)		9 (4.9)	63 (34.6)	70 (38.5)	20 (11.0)	20 (11.0)	182 (100.0)	4	186	11.03	5.64
10～ (%)		36 (8.7)	142 (34.4)	164 (39.7)	28 (6.8)	43 (10.4)	413 (100.0)	6	419	10.38	5.06
11～ (%)		19 (4.9)	130 (33.6)	148 (38.2)	36 (9.3)	54 (14.0)	387 (100.0)	8	395	11.20	5.04
12～ (%)		11 (8.5)	51 (39.5)	44 (34.1)	8 (6.2)	15 (11.6)	129 (100.0)	4	133	10.51	5.22
13～ (%)		4 (10.8)	22 (59.5)	10 (27.0)		1 (2.7)	37 (100.0)	2	39	8.32	3.58
14～ (%)			3 (33.3)	5 (55.6)	1 (11.1)		9 (100.0)		9	10.44	2.60
合計 (%)		87 (7.0)	443 (35.9)	469 (38.0)	101 (8.2)	135 (10.9)	1,235 (100.0)	27	1,262	10.63	5.10
記載なし (%)			33 (52.4)	26 (41.3)	3 (4.8)	1 (1.6)	63 (100.0)	1	64	9.73	2.42
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		10.74	10.82	10.79	10.59	10.94	10.80	10.81	10.80		
標準偏差		1.32	1.34	1.19	1.14	0.93	1.23	1.77	1.24		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査