

表 2256 1セッションあたりの置換液量(L) 総コレステロール濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 透析回数週3回 後希釈)

総コレステロール濃度	1未満	1～	5～	10～	15～	20～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)		5 (20.8)	9 (37.5)	8 (33.3)	2 (8.3)		24 (100.0)	1	25	8.00	3.84
100～ (%)		4 (5.2)	30 (39.0)	29 (37.7)	3 (3.9)	11 (14.3)	77 (100.0)	2	79	10.64	4.87
120～ (%)		20 (11.3)	66 (37.3)	59 (33.3)	13 (7.3)	19 (10.7)	177 (100.0)	4	181	9.98	5.22
140～ (%)		26 (11.0)	77 (32.6)	77 (32.6)	21 (8.9)	35 (14.8)	236 (100.0)	3	239	10.71	5.45
160～ (%)		8 (3.7)	76 (35.0)	92 (42.4)	20 (9.2)	21 (9.7)	217 (100.0)	3	220	10.88	4.38
180～ (%)		12 (7.9)	61 (40.4)	51 (33.8)	14 (9.3)	13 (8.6)	151 (100.0)	2	153	10.43	4.96
200～ (%)		3 (3.5)	30 (34.9)	35 (40.7)	12 (14.0)	6 (7.0)	86 (100.0)	3	89	11.16	4.85
220～ (%)		1 (2.6)	6 (15.4)	22 (56.4)	7 (17.9)	3 (7.7)	39 (100.0)	1	40	11.64	4.16
240～ (%)		1 (5.6)	10 (55.6)	3 (16.7)	3 (16.7)	1 (5.6)	18 (100.0)	1	19	10.56	5.80
260～ (%)			2 (20.0)	7 (70.0)		1 (10.0)	10 (100.0)		10	12.10	3.54
合計 (%)		80 (7.7)	367 (35.5)	383 (37.0)	95 (9.2)	110 (10.6)	1,035 (100.0)	20	1,055	10.59	4.96
記載なし (%)		7 (2.7)	109 (41.4)	112 (42.6)	9 (3.4)	26 (9.9)	263 (100.0)	8	271	10.54	5.19
総計 (%)		87 (6.7)	476 (36.7)	495 (38.1)	104 (8.0)	136 (10.5)	1,298 (100.0)	28	1,326	10.58	5.01
平均		151.57	161.18	165.04	171.12	158.45	162.49	163.35	162.50		
標準偏差		33.86	35.54	36.81	36.15	32.47	35.86	46.62	36.07		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査