

表 2946 透析前クレアチニン濃度(mg/dL) %クレアチニン産生速度(%)別 (施設血液透析患者 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	2未満	2～	4～	6～	8～	10～	12～	14～	16～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	57 (0.5)	1,454 (11.6)	5,777 (46.0)	4,533 (36.1)	653 (5.2)	63 (0.5)	8 (0.1)	3 (0.0)	2 (0.0)	12,550 (100.0)		12,550	5.68	1.49
60～ (%)			891 (9.8)	5,385 (59.0)	2,523 (27.6)	306 (3.4)	18 (0.2)	2 (0.0)		9,125 (100.0)		9,125	7.45	1.24
70～ (%)			287 (2.1)	5,563 (39.9)	6,445 (46.2)	1,516 (10.9)	134 (1.0)	9 (0.1)		13,954 (100.0)		13,954	8.33	1.35
80～ (%)		1 (0.0)	62 (0.3)	4,005 (20.3)	10,129 (51.5)	4,602 (23.4)	811 (4.1)	66 (0.3)	7 (0.0)	19,683 (100.0)		19,683	9.19	1.49
90～ (%)			9 (0.0)	2,048 (8.2)	10,555 (42.5)	9,108 (36.6)	2,724 (11.0)	396 (1.6)	18 (0.1)	24,858 (100.0)		24,858	10.06	1.62
100～ (%)				711 (2.7)	7,686 (28.9)	11,336 (42.6)	5,406 (20.3)	1,310 (4.9)	146 (0.5)	26,595 (100.0)		26,595	10.91	1.75
110～ (%)		1 (0.0)		144 (0.6)	3,844 (16.1)	9,745 (40.9)	7,206 (30.2)	2,425 (10.2)	489 (2.0)	23,854 (100.0)		23,854	11.73	1.86
120～ (%)			1 (0.0)	25 (0.1)	1,437 (8.3)	5,792 (33.4)	6,271 (36.2)	2,941 (17.0)	871 (5.0)	17,338 (100.0)		17,338	12.50	1.95
130～ (%)			1 (0.0)	1 (0.0)	329 (3.4)	2,325 (24.2)	3,695 (38.5)	2,325 (24.2)	932 (9.7)	9,608 (100.0)		9,608	13.24	2.00
140～ (%)			4 (0.1)	7 (0.1)	93 (1.4)	903 (14.0)	2,118 (32.8)	1,979 (30.7)	1,345 (20.9)	6,449 (100.0)		6,449	14.18	2.25
合計 (%)	57 (0.0)	1,456 (0.9)	7,032 (4.3)	22,422 (13.7)	43,694 (26.6)	45,696 (27.9)	28,391 (17.3)	11,456 (7.0)	3,810 (2.3)	164,014 (100.0)		164,014	10.31	2.73
記載なし (%)	19 (0.2)	200 (2.1)	763 (8.0)	1,584 (16.6)	2,421 (25.3)	2,338 (24.5)	1,363 (14.3)	580 (6.1)	290 (3.0)	9,558 (100.0)	4,637	14,195	9.92	3.60
総計 (%)	76 (0.0)	1,656 (1.0)	7,795 (4.5)	24,006 (13.8)	46,115 (26.6)	48,034 (27.7)	29,754 (17.1)	12,036 (6.9)	4,100 (2.4)	173,572 (100.0)	4,637	178,209	10.29	2.79
平均	4.53	23.65	47.91	72.71	92.24	106.67	117.38	125.66	135.54	98.74		98.74		
標準偏差	3.13	9.85	13.77	15.18	15.78	15.89	15.76	16.09	18.68	25.96		25.96		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査