

表 3042 single pool Kt/V(Kt/Vsp) %クレアチニン産生速度(%)別(血液透析濾過患者 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	0.4未満	0.4～	0.6～	0.8～	1.0～	1.2～	1.4～	1.6～	1.8～	2.0～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
60未満 (%)	5 (0.8)	2 (0.3)	8 (1.3)	27 (4.3)	76 (12.0)	134 (21.2)	146 (23.1)	122 (19.3)	64 (10.1)	47 (7.4)	631 (100.0)	1	632	1.49	0.36
60～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	16 (3.1)	41 (7.9)	85 (16.4)	139 (26.8)	122 (23.6)	67 (12.9)	45 (8.7)	518 (100.0)		518	1.57	0.33
70～ (%)	1 (0.1)		3 (0.3)	9 (1.0)	45 (5.0)	159 (17.6)	231 (25.6)	224 (24.8)	143 (15.8)	89 (9.8)	904 (100.0)	3	907	1.62	0.30
80～ (%)	2 (0.1)		2 (0.1)	9 (0.7)	53 (4.0)	195 (14.6)	351 (26.3)	356 (26.6)	225 (16.8)	143 (10.7)	1,336 (100.0)	3	1,339	1.64	0.30
90～ (%)		1 (0.1)	2 (0.1)	9 (0.5)	62 (3.3)	227 (12.0)	465 (24.6)	505 (26.7)	338 (17.9)	279 (14.8)	1,888 (100.0)	4	1,892	1.69	0.31
100～ (%)		2 (0.1)	1 (0.0)	10 (0.4)	42 (1.9)	214 (9.6)	492 (22.0)	663 (29.6)	465 (20.8)	349 (15.6)	2,238 (100.0)	4	2,242	1.72	0.30
110～ (%)			1 (0.0)	3 (0.1)	34 (1.7)	150 (7.4)	438 (21.5)	612 (30.0)	423 (20.7)	379 (18.6)	2,040 (100.0)	7	2,047	1.75	0.30
120～ (%)				2 (0.1)	24 (1.6)	96 (6.3)	292 (19.2)	447 (29.5)	356 (23.5)	300 (19.8)	1,517 (100.0)	5	1,522	1.77	0.29
130～ (%)					10 (1.2)	52 (6.3)	151 (18.2)	228 (27.5)	207 (25.0)	180 (21.7)	828 (100.0)	1	829	1.80	0.30
140～ (%)	1 (0.2)		1 (0.2)		8 (1.7)	46 (9.9)	73 (15.7)	144 (31.0)	100 (21.6)	91 (19.6)	464 (100.0)	4	468	1.76	0.33
合計 (%)	10 (0.1)	6 (0.0)	19 (0.2)	85 (0.7)	395 (3.2)	1,358 (11.0)	2,778 (22.5)	3,423 (27.7)	2,388 (19.3)	1,902 (15.4)	12,364 (100.0)	32	12,396	1.70	0.32
記載なし (%)						1 (33.3)				2 (66.7)	3 (100.0)	796	799	2.01	0.71
総計 (%)	10 (0.1)	6 (0.0)	19 (0.2)	85 (0.7)	395 (3.2)	1,359 (11.0)	2,778 (22.5)	3,423 (27.7)	2,388 (19.3)	1,904 (15.4)	12,367 (100.0)	828	13,195	1.70	0.32
平均	69.21	73.78	70.47	72.89	85.45	93.77	99.78	104.29	106.48	108.48	102.28	115.92	102.31		
標準偏差	38.22	30.95	31.71	23.77	26.99	25.71	23.15	22.65	21.82	21.73	23.81	43.42	23.89		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査