

表 4048 PD透析液交換方法 性別（腹膜透析患者）

性別	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
男性(%)	1,052 (30.8)	1,860 (54.5)	452 (13.2)	48 (1.4)	3,412 (100.0)	81	2,249	5,742
女性(%)	708 (35.0)	1,015 (50.2)	265 (13.1)	32 (1.6)	2,020 (100.0)	26	1,153	3,199
合計(%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941
記載なし(%)								
総計(%)	1,760 (32.4)	2,875 (52.9)	717 (13.2)	80 (1.5)	5,432 (100.0)	107	3,402	8,941

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査