

表 4241 残腎Kt/V PD透析液交換方法別（腹膜透析患者）

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	216	168	180	111	57	13	6	8	759	1,001	1,760	0.49	0.56
(%)	(28.5)	(22.1)	(23.7)	(14.6)	(7.5)	(1.7)	(0.8)	(1.1)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	250	230	239	170	90	28	25	18	1,050	1,825	2,875	0.60	0.72
(%)	(23.8)	(21.9)	(22.8)	(16.2)	(8.6)	(2.7)	(2.4)	(1.7)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	34	53	69	53	35	10	6	3	263	454	717	0.71	0.65
(%)	(12.9)	(20.2)	(26.2)	(20.2)	(13.3)	(3.8)	(2.3)	(1.1)	(100.0)				
バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も含む)	4	3	9	4	2		1		23	57	80	0.63	0.52
(%)	(17.4)	(13.0)	(39.1)	(17.4)	(8.7)		(4.3)		(100.0)				
合計	504	454	497	338	184	51	38	29	2,095	3,337	5,432	0.58	0.66
(%)	(24.1)	(21.7)	(23.7)	(16.1)	(8.8)	(2.4)	(1.8)	(1.4)	(100.0)				
不明	5	12	12	7	9	4	1		50	57	107	0.73	0.57
(%)	(10.0)	(24.0)	(24.0)	(14.0)	(18.0)	(8.0)	(2.0)		(100.0)				
記載なし	1	3		4	2	1			11	3,391	3,402	0.81	0.59
(%)	(9.1)	(27.3)		(36.4)	(18.2)	(9.1)			(100.0)				
総計	510	469	509	349	195	56	39	29	2,156	6,785	8,941	0.58	0.66
(%)	(23.7)	(21.8)	(23.6)	(16.2)	(9.0)	(2.6)	(1.8)	(1.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査