

表 4350 PD Kt/V PD透析液交換方法別（腹膜透析単独患者）

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	4	58	69	126	238	92	67	27	681	741	1,422	1.30	0.62
(%)	(0.6)	(8.5)	(10.1)	(18.5)	(34.9)	(13.5)	(9.8)	(4.0)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	6	38	100	222	346	133	63	43	951	1,371	2,322	1.35	0.79
(%)	(0.6)	(4.0)	(10.5)	(23.3)	(36.4)	(14.0)	(6.6)	(4.5)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)		11	42	60	89	23	8	10	243	364	607	1.30	1.05
(%)		(4.5)	(17.3)	(24.7)	(36.6)	(9.5)	(3.3)	(4.1)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)		7	2	5	5		1		20	46	66	0.81	0.53
(%)		(35.0)	(10.0)	(25.0)	(25.0)		(5.0)		(100.0)				
合計	10	114	213	413	678	248	139	80	1,895	2,522	4,417	1.32	0.78
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.2)	(21.8)	(35.8)	(13.1)	(7.3)	(4.2)	(100.0)				
不明			13	13	9	1			36	40	76	0.98	0.34
(%)			(36.1)	(36.1)	(25.0)	(2.8)			(100.0)				
記載なし		2		3	6		1		12	2,683	2,695	1.23	0.54
(%)		(16.7)		(25.0)	(50.0)		(8.3)		(100.0)				
総計	10	116	226	429	693	249	140	80	1,943	5,245	7,188	1.31	0.77
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.6)	(22.1)	(35.7)	(12.8)	(7.2)	(4.1)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査