

表 4371 PD Kt/V PD透析液交換方法別 (PD・HD(F)等併用患者)

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	7	14	15	25	58	37	6	2	164	174	338	1.22	0.59
(%)	(4.3)	(8.5)	(9.1)	(15.2)	(35.4)	(22.6)	(3.7)	(1.2)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	1	30	19	32	93	24	15	7	221	329	550	1.26	0.81
(%)	(0.5)	(13.6)	(8.6)	(14.5)	(42.1)	(10.9)	(6.8)	(3.2)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	1	1	5	7	14	5	2	2	37	73	110	1.40	1.02
(%)	(2.7)	(2.7)	(13.5)	(18.9)	(37.8)	(13.5)	(5.4)	(5.4)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)		1	2		2				5	9	14	0.80	0.57
(%)		(20.0)	(40.0)		(40.0)				(100.0)				
合計	9	46	41	64	167	66	23	11	427	585	1,012	1.25	0.75
(%)	(2.1)	(10.8)	(9.6)	(15.0)	(39.1)	(15.5)	(5.4)	(2.6)	(100.0)				
不明		1	2	5	5	1			14	17	31	1.07	0.39
(%)		(7.1)	(14.3)	(35.7)	(35.7)	(7.1)			(100.0)				
記載なし										705	705		
(%)													
総計	9	47	43	69	172	67	23	11	441	1,307	1,748	1.25	0.74
(%)	(2.0)	(10.7)	(9.8)	(15.6)	(39.0)	(15.2)	(5.2)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査