

表 4582 出口部感染罹患回数(回/年) PD透析液交換方法別 (PD・HD(F)等併用患者)

PD透析液交換方法	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
完全手動式	263	44	7	3	1	3	1			1	323	1	14	338
(%)	(81.4)	(13.6)	(2.2)	(0.9)	(0.3)	(0.9)	(0.3)			(0.3)	(100.0)			
バッグ交換デバイス(紫外線)	424	72	17	7	4	3	1		2	1	531	1	18	550
(%)	(79.8)	(13.6)	(3.2)	(1.3)	(0.8)	(0.6)	(0.2)		(0.4)	(0.2)	(100.0)			
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	78	9	7	3		1	1				99		11	110
(%)	(78.8)	(9.1)	(7.1)	(3.0)		(1.0)	(1.0)				(100.0)			
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	9	2	2								13		1	14
(%)	(69.2)	(15.4)	(15.4)								(100.0)			
合計	774	127	33	13	5	7	3		2	2	966	2	44	1,012
(%)	(80.1)	(13.1)	(3.4)	(1.3)	(0.5)	(0.7)	(0.3)		(0.2)	(0.2)	(100.0)			
不明	9	1									10	18	3	31
(%)	(90.0)	(10.0)									(100.0)			
記載なし	10	2				1					13		692	705
(%)	(76.9)	(15.4)				(7.7)					(100.0)			
総計	793	130	33	13	5	8	3		2	2	989	20	739	1,748
(%)	(80.2)	(13.1)	(3.3)	(1.3)	(0.5)	(0.8)	(0.3)		(0.2)	(0.2)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査