

表 404 ETRF装着率(%) ET測定値(EU/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数≧1)

ET測定値	0(装着せず)	10未満	10～	20～	30～	40～	50～	60～	70～	80～	90～	100(全台装着)	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0.001EU/mL未満 (%)	36 (1.1)	29 (0.9)	20 (0.6)	36 (1.1)	21 (0.6)	33 (1.0)	33 (1.0)	35 (1.1)	51 (1.6)	57 (1.7)	151 (4.6)	2,765 (84.6)	3,267 (100.0)	1	3,268	93.99	19.26
0.001～0.01EU/mL未満 (%)	18 (3.5)	17 (3.3)	18 (3.5)	7 (1.4)	5 (1.0)	9 (1.8)	8 (1.6)	5 (1.0)	8 (1.6)	11 (2.2)	19 (3.7)	384 (75.4)	509 (100.0)		509	85.61	30.71
0.01～0.05EU/mL未満 (%)	11 (5.3)	9 (4.3)	7 (3.3)	6 (2.9)	2 (1.0)	4 (1.9)	7 (3.3)	5 (2.4)	5 (2.4)	10 (4.8)	12 (5.7)	131 (62.7)	209 (100.0)		209	79.87	33.93
0.05～0.1EU/mL未満 (%)	4 (7.3)	3 (5.5)	3 (5.5)	1 (1.8)	2 (3.6)	5 (9.1)		3 (5.5)	1 (1.8)	2 (3.6)	2 (3.6)	29 (52.7)	55 (100.0)		55	71.24	37.44
0.1～0.25EU/mL未満 (%)	3 (9.1)		1 (3.0)	1 (3.0)	1 (3.0)	1 (3.0)	2 (6.1)	1 (3.0)		1 (3.0)	2 (6.1)	20 (60.6)	33 (100.0)		33	77.36	35.36
0.25～0.5EU/mL未満 (%)	1 (5.3)			1 (5.3)				2 (10.5)		2 (10.5)	2 (10.5)	11 (57.9)	19 (100.0)		19	84.92	28.47
0.5EU/mL以上 (%)							1 (6.3)		2 (12.5)	1 (6.3)		12 (75.0)	16 (100.0)		16	93.13	14.30
合計 (%)	73 (1.8)	58 (1.4)	49 (1.2)	52 (1.3)	31 (0.8)	52 (1.3)	51 (1.2)	51 (1.2)	67 (1.6)	84 (2.0)	188 (4.6)	3,352 (81.6)	4,108 (100.0)	1	4,109	91.75	22.93
不明 (%)	31 (24.2)	1 (0.8)	3 (2.3)	5 (3.9)	2 (1.6)	1 (0.8)	3 (2.3)	5 (3.9)	3 (2.3)	5 (3.9)	3 (2.3)	66 (51.6)	128 (100.0)	3	131	64.62	43.46
記載なし (%)	18 (31.0)		1 (1.7)	1 (1.7)	2 (3.4)	1 (1.7)	2 (3.4)		4 (6.9)			29 (50.0)	58 (100.0)	5	63	59.42	45.36
総計 (%)	122 (2.8)	59 (1.4)	53 (1.2)	58 (1.4)	35 (0.8)	54 (1.3)	56 (1.3)	56 (1.3)	74 (1.7)	89 (2.1)	191 (4.4)	3,447 (80.3)	4,294 (100.0)	9	4,303	90.51	24.92

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査