

表 408 ET測定頻度 ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

ベッドサイド コンソール台数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
25未満	101	5	26	78	1,282	252	134	1,878	55	3	1,936
(%)	(5.4)	(0.3)	(1.4)	(4.2)	(68.3)	(13.4)	(7.1)	(100.0)			
25～	14	9	74	134	1,269	88	145	1,733	6	4	1,743
(%)	(0.8)	(0.5)	(4.3)	(7.7)	(73.2)	(5.1)	(8.4)	(100.0)			
50～	2	3	41	39	316	20	29	450	1		451
(%)	(0.4)	(0.7)	(9.1)	(8.7)	(70.2)	(4.4)	(6.4)	(100.0)			
75～		3	11	11	63	3	9	100	1		101
(%)		(3.0)	(11.0)	(11.0)	(63.0)	(3.0)	(9.0)	(100.0)			
100～		1	7	6	46	4	8	72			72
(%)		(1.4)	(9.7)	(8.3)	(63.9)	(5.6)	(11.1)	(100.0)			
合計	117	21	159	268	2,976	367	325	4,233	63	7	4,303
(%)	(2.8)	(0.5)	(3.8)	(6.3)	(70.3)	(8.7)	(7.7)	(100.0)			
記載なし											
(%)											
総計	117	21	159	268	2,976	367	325	4,233	63	7	4,303
(%)	(2.8)	(0.5)	(3.8)	(6.3)	(70.3)	(8.7)	(7.7)	(100.0)			
平均	13.74	46.86	46.35	36.85	31.56	22.60	32.02	31.29	14.44	20.71	31.03
標準偏差	11.09	28.59	28.85	21.55	21.86	19.61	23.97	22.53	13.60	11.07	22.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査