

表 415 ET測定頻度 ET測定値(EU/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ET測定値	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)	1 (0.0)	18 (0.6)	131 (4.0)	227 (7.0)	2,387 (73.1)	261 (8.0)	241 (7.4)	3,266 (100.0)	2		3,268
0.001～0.01EU/mL 未満 (%)		1 (0.2)	18 (3.5)	23 (4.5)	372 (73.1)	58 (11.4)	37 (7.3)	509 (100.0)			509
0.01～0.05EU/mL 未満 (%)			6 (2.9)	13 (6.2)	139 (66.5)	26 (12.4)	25 (12.0)	209 (100.0)			209
0.05～0.1EU/mL未満 (%)			2 (3.6)	3 (5.5)	32 (58.2)	7 (12.7)	11 (20.0)	55 (100.0)			55
0.1～0.25EU/mL未満 (%)		1 (3.0)	2 (6.1)		22 (66.7)	5 (15.2)	3 (9.1)	33 (100.0)			33
0.25～0.5EU/mL未満 (%)				1 (5.6)	11 (61.1)	3 (16.7)	3 (16.7)	18 (100.0)	1		19
0.5EU/mL以上 (%)				1 (6.3)	11 (68.8)	1 (6.3)	3 (18.8)	16 (100.0)			16
合計 (%)	1 (0.0)	20 (0.5)	159 (3.9)	268 (6.5)	2,974 (72.4)	361 (8.8)	323 (7.9)	4,106 (100.0)	3		4,109
不明 (%)	60 (84.5)	1 (1.4)			2 (2.8)	6 (8.5)	2 (2.8)	71 (100.0)	60		131
記載なし (%)	56 (100.0)							56 (100.0)		7	63
総計 (%)	117 (2.8)	21 (0.5)	159 (3.8)	268 (6.3)	2,976 (70.3)	367 (8.7)	325 (7.7)	4,233 (100.0)	63	7	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査