

表 416 ET測定頻度 細菌数測定の頻度別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数測定の 頻度	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	105 (51.5)		1 (0.5)	1 (0.5)	28 (13.7)	42 (20.6)	27 (13.2)	204 (100.0)	3		207
毎日 (%)		7 (53.8)	2 (15.4)		4 (30.8)			13 (100.0)			13
毎週 (%)		7 (5.3)	112 (85.5)	5 (3.8)	7 (5.3)			131 (100.0)			131
隔週 (%)		1 (0.4)	18 (7.1)	219 (86.9)	12 (4.8)	1 (0.4)	1 (0.4)	252 (100.0)			252
毎月 (%)	1 (0.0)	6 (0.2)	25 (0.9)	39 (1.4)	2,691 (96.4)	20 (0.7)	10 (0.4)	2,792 (100.0)	1		2,793
年数回 (%)	2 (0.5)			3 (0.8)	98 (24.9)	281 (71.3)	10 (2.5)	394 (100.0)	2		396
年1回 (%)	1 (0.2)		1 (0.2)		131 (31.3)	13 (3.1)	272 (65.1)	418 (100.0)	2		420
合計 (%)	109 (2.6)	21 (0.5)	159 (3.8)	267 (6.4)	2,971 (70.7)	357 (8.5)	320 (7.6)	4,204 (100.0)	8		4,212
不明 (%)	8 (27.6)			1 (3.4)	5 (17.2)	10 (34.5)	5 (17.2)	29 (100.0)	55		84
記載なし (%)										7	7
総計 (%)	117 (2.8)	21 (0.5)	159 (3.8)	268 (6.3)	2,976 (70.3)	367 (8.7)	325 (7.7)	4,233 (100.0)	63	7	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査