

表 417 ET測定頻度 細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)	1 (0.0)	15 (0.5)	122 (4.2)	204 (7.0)	2,152 (74.1)	212 (7.3)	198 (6.8)	2,904 (100.0)	1		2,905
0.1～ (%)		3 (0.6)	17 (3.5)	23 (4.7)	361 (74.3)	38 (7.8)	44 (9.1)	486 (100.0)	3		489
1～ (%)	2 (0.5)	1 (0.3)	14 (3.6)	30 (7.8)	277 (71.6)	37 (9.6)	26 (6.7)	387 (100.0)			387
10～ (%)	1 (0.6)		4 (2.5)	9 (5.6)	111 (68.9)	20 (12.4)	16 (9.9)	161 (100.0)			161
100以上 (%)		1 (4.2)			19 (79.2)	1 (4.2)	3 (12.5)	24 (100.0)			24
合計 (%)	4 (0.1)	20 (0.5)	157 (4.0)	266 (6.7)	2,920 (73.7)	308 (7.8)	287 (7.2)	3,962 (100.0)	4		3,966
不明 (%)	58 (34.5)	1 (0.6)	2 (1.2)	2 (1.2)	41 (24.4)	40 (23.8)	24 (14.3)	168 (100.0)	59		227
記載なし (%)	55 (53.4)				15 (14.6)	19 (18.4)	14 (13.6)	103 (100.0)		7	110
総計 (%)	117 (2.8)	21 (0.5)	159 (3.8)	268 (6.3)	2,976 (70.3)	367 (8.7)	325 (7.7)	4,233 (100.0)	63	7	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査