

表 426 ET測定値(EU/mL) サンプル時ETフィルターの有無別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

| サンプル時ETフィルターの有無 | 0.001EU/mL未満 | 0.001～0.01EU/mL未満 | 0.01～0.05EU/mL未満 | 0.05～0.1EU/mL未満 | 0.1～0.25EU/mL未満 | 0.25～0.5EU/mL未満 | 0.5EU/mL以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|------------------|
| なし (%) | 363 (11.1) | 86 (17.0) | 41 (20.3) | 8 (14.8) | 7 (21.9) | 3 (15.8) | 2 (12.5) | 510 (12.5) | 54 (65.9) | 27 (90.0) | 591 (14.1) |
| あり (%) | 2,895 (88.9) | 421 (83.0) | 161 (79.7) | 46 (85.2) | 25 (78.1) | 16 (84.2) | 14 (87.5) | 3,578 (87.5) | 28 (34.1) | 3 (10.0) | 3,609 (85.9) |
| 合計 (%) | 3,258 (100.0) | 507 (100.0) | 202 (100.0) | 54 (100.0) | 32 (100.0) | 19 (100.0) | 16 (100.0) | 4,088 (100.0) | 82 (100.0) | 30 (100.0) | 4,200 (100.0) |
| 不明 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | | | 21 | 48 | 7 | 76 |
| 記載なし | | | | | | | | | 1 | 26 | 27 |
| 総計 | 3,268 | 509 | 209 | 55 | 33 | 19 | 16 | 4,109 | 131 | 63 | 4,303 |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査