

表 428 ET測定値(EU/mL) 細菌数測定の種類別 (ベッドサイドコンソール台数≧1)

細菌数測定の 頻度	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL 未満	0.01～0.05EU/mL 未満	0.05～0.1EU/mL未 満	0.1～0.25EU/mL未 満	0.25～0.5EU/mL未 満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
なし	59	19	13	3	2	1	1	98	55	54	207
(%)	(60.2)	(19.4)	(13.3)	(3.1)	(2.0)	(1.0)	(1.0)	(100.0)			
毎日	12	1						13			13
(%)	(92.3)	(7.7)						(100.0)			
毎週	109	12	6	1	3			131			131
(%)	(83.2)	(9.2)	(4.6)	(0.8)	(2.3)			(100.0)			
隔週	211	25	11	3		1	1	252			252
(%)	(83.7)	(9.9)	(4.4)	(1.2)		(0.4)	(0.4)	(100.0)			
毎月	2,221	362	134	29	22	10	10	2,788	4	1	2,793
(%)	(79.7)	(13.0)	(4.8)	(1.0)	(0.8)	(0.4)	(0.4)	(100.0)			
年数回	300	49	22	9	5	2	1	388	8		396
(%)	(77.3)	(12.6)	(5.7)	(2.3)	(1.3)	(0.5)	(0.3)	(100.0)			
年1回	343	39	17	9	1	4	3	416	4		420
(%)	(82.5)	(9.4)	(4.1)	(2.2)	(0.2)	(1.0)	(0.7)	(100.0)			
合計	3,255	507	203	54	33	18	16	4,086	71	55	4,212
(%)	(79.7)	(12.4)	(5.0)	(1.3)	(0.8)	(0.4)	(0.4)	(100.0)			
不明	13	2	6	1		1		23	60	1	84
(%)	(56.5)	(8.7)	(26.1)	(4.3)		(4.3)		(100.0)			
記載なし										7	7
(%)											
総計	3,268	509	209	55	33	19	16	4,109	131	63	4,303
(%)	(79.5)	(12.4)	(5.1)	(1.3)	(0.8)	(0.5)	(0.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査