

表 429 ET測定値(EU/mL) 細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数	0.001EU/mL未満	0.001～0.01EU/mL未満	0.01～0.05EU/mL未満	0.05～0.1EU/mL未満	0.1～0.25EU/mL未満	0.25～0.5EU/mL未満	0.5EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満	2,704	144	37	8	4	4	2	2,903	2		2,905
(%)	(93.1)	(5.0)	(1.3)	(0.3)	(0.1)	(0.1)	(0.1)	(100.0)			
0.1～	269	155	44	9	3	4	2	486	3		489
(%)	(55.3)	(31.9)	(9.1)	(1.9)	(0.6)	(0.8)	(0.4)	(100.0)			
1～	160	128	59	19	15	3	1	385	1	1	387
(%)	(41.6)	(33.2)	(15.3)	(4.9)	(3.9)	(0.8)	(0.3)	(100.0)			
10～	41	51	41	14	5	4	5	161			161
(%)	(25.5)	(31.7)	(25.5)	(8.7)	(3.1)	(2.5)	(3.1)	(100.0)			
100以上	7	5	5		2	2	3	24			24
(%)	(29.2)	(20.8)	(20.8)		(8.3)	(8.3)	(12.5)	(100.0)			
合計	3,181	483	186	50	29	17	13	3,959	6	1	3,966
(%)	(80.3)	(12.2)	(4.7)	(1.3)	(0.7)	(0.4)	(0.3)	(100.0)			
不明	61	18	15	3	3	1	2	103	123	1	227
(%)	(59.2)	(17.5)	(14.6)	(2.9)	(2.9)	(1.0)	(1.9)	(100.0)			
記載なし	26	8	8	2	1	1	1	47	2	61	110
(%)	(55.3)	(17.0)	(17.0)	(4.3)	(2.1)	(2.1)	(2.1)	(100.0)			
総計	3,268	509	209	55	33	19	16	4,109	131	63	4,303
(%)	(79.5)	(12.4)	(5.1)	(1.3)	(0.8)	(0.5)	(0.4)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2015年調査