

表 431 細菌数測定の頻度 ベッドサイドコンソール台数別（ベッドサイドコンソール台数 $\geq 1$ ）

ベッドサイド コンソール台数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
25未満 (%)	177 (9.5)	5 (0.3)	18 (1.0)	72 (3.9)	1,222 (65.6)	238 (12.8)	130 (7.0)	1,862 (100.0)	71	3	1,936
25～ (%)	27 (1.6)	4 (0.2)	59 (3.4)	125 (7.2)	1,183 (68.4)	120 (6.9)	211 (12.2)	1,729 (100.0)	10	4	1,743
50～ (%)	3 (0.7)	1 (0.2)	37 (8.2)	37 (8.2)	290 (64.4)	29 (6.4)	53 (11.8)	450 (100.0)	1		451
75～ (%)		2 (2.0)	10 (10.1)	12 (12.1)	59 (59.6)	4 (4.0)	12 (12.1)	99 (100.0)	2		101
100～ (%)		1 (1.4)	7 (9.7)	6 (8.3)	39 (54.2)	5 (6.9)	14 (19.4)	72 (100.0)			72
合計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303
記載なし (%)											
総計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303
平均	14.24	43.92	49.24	37.41	31.28	25.59	35.99	31.34	16.14	20.71	31.03
標準偏差	10.72	35.06	30.15	22.20	21.57	20.16	25.19	22.55	14.14	11.07	22.51

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査