

表 438 細菌数測定頻度の細菌数(cfu/mL)別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)	1 (0.0)	11 (0.4)	99 (3.4)	194 (6.7)	2,013 (69.4)	278 (9.6)	306 (10.5)	2,902 (100.0)	3		2,905
0.1～ (%)			11 (2.3)	25 (5.1)	351 (72.1)	46 (9.4)	54 (11.1)	487 (100.0)	2		489
1～ (%)		1 (0.3)	15 (3.9)	22 (5.7)	281 (72.6)	39 (10.1)	29 (7.5)	387 (100.0)			387
10～ (%)			5 (3.1)	9 (5.6)	108 (67.1)	22 (13.7)	17 (10.6)	161 (100.0)			161
100以上 (%)		1 (4.2)			18 (75.0)	1 (4.2)	4 (16.7)	24 (100.0)			24
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	130 (3.3)	250 (6.3)	2,771 (70.0)	386 (9.7)	410 (10.4)	3,961 (100.0)	5		3,966
不明 (%)	104 (70.3)		1 (0.7)	2 (1.4)	21 (14.2)	10 (6.8)	10 (6.8)	148 (100.0)	79		227
記載なし (%)	102 (99.0)				1 (1.0)			103 (100.0)		7	110
総計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査