

表 439 細菌数測定頻度の頻度 細菌培養培地別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌培養培地	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地		3	5	8	179	42	24	261	2		263
(%)		(1.1)	(1.9)	(3.1)	(68.6)	(16.1)	(9.2)	(100.0)			
R2A培地	1	6	74	120	1,522	224	238	2,185	3		2,188
(%)	(0.0)	(0.3)	(3.4)	(5.5)	(69.7)	(10.3)	(10.9)	(100.0)			
TGEA培地		2	46	98	837	80	116	1,179	1		1,180
(%)		(0.2)	(3.9)	(8.3)	(71.0)	(6.8)	(9.8)	(100.0)			
血液寒天培地				2	17	1	2	22			22
(%)				(9.1)	(77.3)	(4.5)	(9.1)	(100.0)			
TSA培地				4	22	3	4	33			33
(%)				(12.1)	(66.7)	(9.1)	(12.1)	(100.0)			
その他の培地		1	5	16	132	22	16	192	1		193
(%)		(0.5)	(2.6)	(8.3)	(68.8)	(11.5)	(8.3)	(100.0)			
合計	1	12	130	248	2,709	372	400	3,872	7		3,879
(%)	(0.0)	(0.3)	(3.4)	(6.4)	(70.0)	(9.6)	(10.3)	(100.0)			
不明	104	1	1	4	83	24	19	236	77		313
(%)	(44.1)	(0.4)	(0.4)	(1.7)	(35.2)	(10.2)	(8.1)	(100.0)			
記載なし	102				1		1	104		7	111
(%)	(98.1)				(1.0)		(1.0)	(100.0)			
総計	207	13	131	252	2,793	396	420	4,212	84	7	4,303
(%)	(4.9)	(0.3)	(3.1)	(6.0)	(66.3)	(9.4)	(10.0)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査