

表 440 細菌数測定頻度 細菌数測定サンプル量別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数測定サンプル量	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)		3 (1.0)	14 (4.6)	15 (5.0)	192 (63.4)	42 (13.9)	37 (12.2)	303 (100.0)	1		304
1～10mL未満 (%)		2 (0.4)	5 (1.0)	19 (3.6)	357 (68.4)	78 (14.9)	61 (11.7)	522 (100.0)	2		524
10～50mL未満 (%)	1 (0.1)	2 (0.2)	30 (2.5)	52 (4.3)	889 (73.6)	115 (9.5)	119 (9.9)	1,208 (100.0)	2		1,210
50～100mL未満 (%)		3 (0.2)	58 (4.0)	125 (8.6)	1,006 (69.3)	111 (7.6)	149 (10.3)	1,452 (100.0)	1		1,453
100～500mL未満 (%)		3 (0.7)	21 (4.6)	36 (7.8)	317 (68.8)	42 (9.1)	42 (9.1)	461 (100.0)			461
500mL～1L未満 (%)			2 (12.5)	2 (12.5)	10 (62.5)	1 (6.3)	1 (6.3)	16 (100.0)			16
1～10L未満 (%)			1 (6.3)	3 (18.8)	7 (43.8)	1 (6.3)	4 (25.0)	16 (100.0)			16
10L以上 (%)					2 (100.0)			2 (100.0)			2
合計 (%)	1 (0.0)	13 (0.3)	131 (3.3)	252 (6.3)	2,780 (69.8)	390 (9.8)	413 (10.4)	3,980 (100.0)	6		3,986
不明 (%)	105 (81.4)				12 (9.3)	6 (4.7)	6 (4.7)	129 (100.0)	78		207
記載なし (%)	101 (98.1)				1 (1.0)		1 (1.0)	103 (100.0)		7	110
総計 (%)	207 (4.9)	13 (0.3)	131 (3.1)	252 (6.0)	2,793 (66.3)	396 (9.4)	420 (10.0)	4,212 (100.0)	84	7	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査