

表 441 細菌培養培地 細菌数測定サンプル量別（ベッドサイドコンソール台数≧1）

細菌数測定サ ンプル量	普通寒天培地	R2A培地	TGEA培地	血液寒天培地	TSA培地	その他の培地	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	63 (22.3)	166 (58.7)	37 (13.1)	2 (0.7)	6 (2.1)	9 (3.2)	283 (100.0)	20	1	304
1～10mL未満 (%)	60 (12.5)	354 (73.8)	32 (6.7)	9 (1.9)	3 (0.6)	22 (4.6)	480 (100.0)	44		524
10～50mL未満 (%)	83 (7.0)	649 (55.0)	363 (30.8)	7 (0.6)	5 (0.4)	72 (6.1)	1,179 (100.0)	31		1,210
50～100mL未満 (%)	38 (2.6)	721 (50.2)	591 (41.2)	3 (0.2)	16 (1.1)	66 (4.6)	1,435 (100.0)	18		1,453
100～500mL未満 (%)	12 (2.6)	272 (59.6)	145 (31.8)	1 (0.2)	3 (0.7)	23 (5.0)	456 (100.0)	5		461
500mL～1L未満 (%)		11 (68.8)	5 (31.3)				16 (100.0)			16
1～10L未満 (%)	1 (6.3)	8 (50.0)	6 (37.5)			1 (6.3)	16 (100.0)			16
10L以上 (%)		1 (50.0)	1 (50.0)				2 (100.0)			2
合計 (%)	257 (6.6)	2,182 (56.4)	1,180 (30.5)	22 (0.6)	33 (0.9)	193 (5.0)	3,867 (100.0)	118	1	3,986
不明 (%)	6 (54.5)	5 (45.5)					11 (100.0)	195	1	207
記載なし (%)		1 (100.0)					1 (100.0)		109	110
総計 (%)	263 (6.8)	2,188 (56.4)	1,180 (30.4)	22 (0.6)	33 (0.9)	193 (5.0)	3,879 (100.0)	313	111	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査