

表 450 細菌数(cfu/mL) サンプルングポイント別(ベッドサイドコンソール台数≧1)

サンプルング ポイント	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ前 (%)	2,635 (73.2)	444 (12.3)	360 (10.0)	139 (3.9)	21 (0.6)	3,599 (100.0)	127	51	3,777
ダイアライザ後 (%)	260 (75.4)	38 (11.0)	24 (7.0)	20 (5.8)	3 (0.9)	345 (100.0)	22	3	370
合計 (%)	2,895 (73.4)	482 (12.2)	384 (9.7)	159 (4.0)	24 (0.6)	3,944 (100.0)	149	54	4,147
不明 (%)	10 (45.5)	7 (31.8)	3 (13.6)	2 (9.1)		22 (100.0)	78	15	115
記載なし (%)								41	41
総計 (%)	2,905 (73.2)	489 (12.3)	387 (9.8)	161 (4.1)	24 (0.6)	3,966 (100.0)	227	110	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査