

表 451 細菌数(cfu/mL) サンプル時ETフィルターの有無別（ベッドサイドコンソール台数 ≥ 1 ）

サンプル時ETフィルターの有無	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	297 (10.3)	77 (15.9)	67 (17.5)	41 (26.3)	4 (16.7)	486 (12.3)	67 (37.2)	38 (50.0)	591 (14.1)
あり (%)	2,600 (89.7)	407 (84.1)	316 (82.5)	115 (73.7)	20 (83.3)	3,458 (87.7)	113 (62.8)	38 (50.0)	3,609 (85.9)
合計 (%)	2,897 (100.0)	484 (100.0)	383 (100.0)	156 (100.0)	24 (100.0)	3,944 (100.0)	180 (100.0)	76 (100.0)	4,200 (100.0)
不明	8	5	4	5		22	46	8	76
記載なし							1	26	27
総計	2,905	489	387	161	24	3,966	227	110	4,303

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査