

表 452 細菌数(cfu/mL) 細菌数測定サンプル量別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌数測定サンプル量	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
1mL未満 (%)	260 (87.2)	23 (7.7)	9 (3.0)	5 (1.7)	1 (0.3)	298 (100.0)	6		304
1～10mL未満 (%)	297 (57.8)	79 (15.4)	98 (19.1)	37 (7.2)	3 (0.6)	514 (100.0)	10		524
10～50mL未満 (%)	840 (70.0)	156 (13.0)	130 (10.8)	67 (5.6)	7 (0.6)	1,200 (100.0)	10		1,210
50～100mL未満 (%)	1,105 (76.3)	186 (12.8)	115 (7.9)	32 (2.2)	11 (0.8)	1,449 (100.0)	3	1	1,453
100～500mL未満 (%)	363 (79.1)	44 (9.6)	34 (7.4)	16 (3.5)	2 (0.4)	459 (100.0)	2		461
500mL～1L未満 (%)	15 (93.8)		1 (6.3)			16 (100.0)			16
1～10L未満 (%)	15 (93.8)	1 (6.3)				16 (100.0)			16
10L以上 (%)	2 (100.0)					2 (100.0)			2
合計 (%)	2,897 (73.3)	489 (12.4)	387 (9.8)	157 (4.0)	24 (0.6)	3,954 (100.0)	31	1	3,986
不明 (%)	7 (70.0)			3 (30.0)		10 (100.0)	196	1	207
記載なし (%)	1 (50.0)			1 (50.0)		2 (100.0)		108	110
総計 (%)	2,905 (73.2)	489 (12.3)	387 (9.8)	161 (4.1)	24 (0.6)	3,966 (100.0)	227	110	4,303

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査