

表 453 細菌数(cfu/mL) 細菌培養培地別（ベッドサイドコンソール台数≥1）

細菌培養培地	0.1未満	0.1～	1～	10～	100以上	合計	不明	記載なし	総計
普通寒天培地	168	46	25	19		258	5		263
(%)	(65.1)	(17.8)	(9.7)	(7.4)		(100.0)			
R2A培地	1,571	261	231	92	18	2,173	15		2,188
(%)	(72.3)	(12.0)	(10.6)	(4.2)	(0.8)	(100.0)			
TGEA培地	915	143	88	29	3	1,178	1	1	1,180
(%)	(77.7)	(12.1)	(7.5)	(2.5)	(0.3)	(100.0)			
血液寒天培地	16	4	1		1	22			22
(%)	(72.7)	(18.2)	(4.5)		(4.5)	(100.0)			
TSA培地	23	6	3	1		33			33
(%)	(69.7)	(18.2)	(9.1)	(3.0)		(100.0)			
その他の培地	139	17	24	10		190	3		193
(%)	(73.2)	(8.9)	(12.6)	(5.3)		(100.0)			
合計	2,832	477	372	151	22	3,854	24	1	3,879
(%)	(73.5)	(12.4)	(9.7)	(3.9)	(0.6)	(100.0)			
不明	72	12	15	9	2	110	203		313
(%)	(65.5)	(10.9)	(13.6)	(8.2)	(1.8)	(100.0)			
記載なし	1			1		2		109	111
(%)	(50.0)			(50.0)		(100.0)			
総計	2,905	489	387	161	24	3,966	227	110	4,303
(%)	(73.2)	(12.3)	(9.8)	(4.1)	(0.6)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査