

表 470 専従専門医の有無 ET測定値(EU/mL) (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ET測定値	なし	あり	合計	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)	1,598 (49.0)	1,660 (51.0)	3,258 (100.0)	10	3,268
0.001～0.01EU/mL未満 (%)	266 (52.3)	243 (47.7)	509 (100.0)		509
0.01～0.05EU/mL未満 (%)	105 (50.5)	103 (49.5)	208 (100.0)	1	209
0.05～0.1EU/mL未満 (%)	33 (60.0)	22 (40.0)	55 (100.0)		55
0.1～0.25EU/mL未満 (%)	20 (60.6)	13 (39.4)	33 (100.0)		33
0.25～0.5EU/mL未満 (%)	10 (52.6)	9 (47.4)	19 (100.0)		19
0.5EU/mL以上 (%)	10 (62.5)	6 (37.5)	16 (100.0)		16
合計 (%)	2,042 (49.8)	2,056 (50.2)	4,098 (100.0)	11	4,109
不明 (%)	94 (71.8)	37 (28.2)	131 (100.0)		131
記載なし (%)	38 (63.3)	22 (36.7)	60 (100.0)	3	63
総計 (%)	2,174 (50.7)	2,115 (49.3)	4,289 (100.0)	14	4,303

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査