

表 498 HDF希釈方法 透析前クレアチニン濃度(mg/dL)別 (オンラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析前クレアチニン 濃度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	2 (100.0)				2 (100.0)			2
2～ (%)	62 (92.5)	5 (7.5)			67 (100.0)		7	74
4～ (%)	451 (93.2)	30 (6.2)		3 (0.6)	484 (100.0)		36	520
6～ (%)	1,912 (94.8)	97 (4.8)		8 (0.4)	2,017 (100.0)		162	2,179
8～ (%)	3,769 (94.7)	191 (4.8)		20 (0.5)	3,980 (100.0)		315	4,295
10～ (%)	3,377 (95.0)	163 (4.6)		15 (0.4)	3,555 (100.0)		310	3,865
12～ (%)	1,248 (94.8)	59 (4.5)		10 (0.8)	1,317 (100.0)		128	1,445
14～ (%)	179 (94.2)	9 (4.7)		2 (1.1)	190 (100.0)		20	210
16～ (%)	33 (97.1)	1 (2.9)			34 (100.0)		1	35
合計 (%)	11,033 (94.7)	555 (4.8)		58 (0.5)	11,646 (100.0)		979	12,625
記載なし (%)	245 (81.4)	16 (5.3)		40 (13.3)	301 (100.0)		61	362
総計 (%)	11,278 (94.4)	571 (4.8)		98 (0.8)	11,947 (100.0)		1,040	12,987
平均	9.60	9.43		9.78	9.60		9.73	9.61
標準偏差	2.19	2.25		2.30	2.20		2.19	2.20

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査