

表 543 HDF希釈方法 透析後体重(kg)別 (オフラインHDF 女性のみ 透析回数週3回 透析歴2年以上)

透析後体重	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
20～ (%)		14 (100.0)			14 (100.0)		1	15
30～ (%)	37 (11.7)	278 (88.3)			315 (100.0)		47	362
40～ (%)	71 (10.3)	617 (89.4)		2 (0.3)	690 (100.0)		117	807
50～ (%)	34 (9.9)	310 (90.1)			344 (100.0)		55	399
60～ (%)	15 (13.6)	95 (86.4)			110 (100.0)		16	126
70～ (%)	6 (21.4)	22 (78.6)			28 (100.0)		4	32
80～ (%)	4 (44.4)	5 (55.6)			9 (100.0)			9
90～ (%)		1 (100.0)			1 (100.0)			1
100～ (%)								
110～ (%)								
120～ (%)								
合計 (%)	167 (11.0)	1,343 (88.8)		2 (0.1)	1,512 (100.0)		240	1,752
記載なし (%)	2 (5.1)	37 (94.9)			39 (100.0)		20	59
総計 (%)	169 (10.9)	1,380 (89.0)		2 (0.1)	1,551 (100.0)		260	1,811
平均	48.24	47.00		46.15	47.14		47.18	47.15
標準偏差	11.14	9.34		2.76	9.56		8.54	9.42

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査