

表 1940 HDF希釈方法 血流量(ml/分)別（オフラインHDF 透析回数週3回）

血流量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
100未満 (%)								
100～ (%)	1 (10.0)	9 (90.0)			10 (100.0)		4	14
120～ (%)	7 (25.9)	20 (74.1)			27 (100.0)		5	32
140～ (%)	41 (17.4)	194 (82.6)			235 (100.0)		37	272
160～ (%)	5 (6.1)	77 (93.9)			82 (100.0)		8	90
180～ (%)	53 (11.8)	396 (88.0)		1 (0.2)	450 (100.0)	1	81	532
200～ (%)	213 (12.6)	1,468 (87.2)		3 (0.2)	1,684 (100.0)		267	1,951
220～ (%)	54 (8.3)	596 (91.6)		1 (0.2)	651 (100.0)		86	737
240～ (%)	80 (11.7)	603 (88.2)		1 (0.1)	684 (100.0)		76	760
260～ (%)	7 (6.5)	100 (93.5)			107 (100.0)		11	118
280～ (%)	4 (4.9)	77 (95.1)			81 (100.0)		9	90
300～ (%)	12 (8.8)	124 (91.2)			136 (100.0)		11	147
350～ (%)	1 (9.1)	10 (90.9)			11 (100.0)		2	13
400～ (%)		3 (100.0)			3 (100.0)			3
合計 (%)	478 (11.5)	3,677 (88.4)		6 (0.1)	4,161 (100.0)	1	597	4,759
記載なし (%)	6 (20.0)	24 (80.0)			30 (100.0)		47	77
総計 (%)	484 (11.5)	3,701 (88.3)		6 (0.1)	4,191 (100.0)	1	644	4,836
平均	207.23	213.22		210.00	212.53	180.00	206.95	211.82
標準偏差	34.99	35.80		25.30	35.74		33.96	35.57

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査