

表 1950 HDF希釈方法 %クレアチニン産生速度(%)別 (オフラインHDF 透析回数週3回 透析歴2年以上)

%クレアチニン 産生速度	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	27 (13.0)	181 (87.0)			208 (100.0)		49	257
60～ (%)	30 (14.3)	180 (85.7)			210 (100.0)		33	243
70～ (%)	40 (12.8)	273 (87.2)			313 (100.0)		54	367
80～ (%)	66 (13.8)	414 (86.3)			480 (100.0)		57	537
90～ (%)	59 (9.8)	542 (90.0)		1 (0.2)	602 (100.0)		92	694
100～ (%)	71 (11.5)	549 (88.5)			620 (100.0)		78	698
110～ (%)	50 (9.8)	458 (89.6)		3 (0.6)	511 (100.0)		48	559
120～ (%)	30 (8.2)	334 (91.8)			364 (100.0)		57	421
130～ (%)	19 (9.4)	183 (90.6)			202 (100.0)		20	222
140～ (%)	17 (13.6)	107 (85.6)		1 (0.8)	125 (100.0)		19	144
合計 (%)	409 (11.3)	3,221 (88.6)		5 (0.1)	3,635 (100.0)		507	4,142
記載なし (%)	27 (12.4)	190 (87.6)			217 (100.0)		64	281
総計 (%)	436 (11.3)	3,411 (88.6)		5 (0.1)	3,852 (100.0)		571	4,423
平均	96.58	99.32		116.82	99.04		95.70	98.63
標準偏差	25.60	24.08		16.71	24.27		27.35	24.69

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査