

表 1976 HDF希釈方法 1セッションあたりの置換液量(L)別（オンラインHDF 透析回数週3回）

1セッションあたりの 置換液量	前希釈	後希釈	前・後希釈	その他	合計	不明	記載なし	総計
1未満 (%)								
1～ (%)	177 (31.2)	139 (24.5)		252 (44.4)	568 (100.0)			568
5～ (%)	713 (53.5)	618 (46.4)		1 (0.1)	1,332 (100.0)			1,332
10～ (%)	1,192 (65.9)	615 (34.0)		3 (0.2)	1,810 (100.0)			1,810
15～ (%)	785 (89.0)	97 (11.0)			882 (100.0)			882
20～ (%)	5,092 (97.6)	122 (2.3)		3 (0.1)	5,217 (100.0)			5,217
30～ (%)	6,506 (99.8)	9 (0.1)		3 (0.0)	6,518 (100.0)			6,518
40～ (%)	13,503 (100.0)				13,503 (100.0)		1	13,504
50～ (%)	2,473 (100.0)				2,473 (100.0)			2,473
60～ (%)	3,608 (100.0)				3,608 (100.0)			3,608
70～ (%)	785 (100.0)				785 (100.0)			785
80～ (%)	340 (100.0)				340 (100.0)			340
90～ (%)	148 (100.0)				148 (100.0)			148
合計 (%)	35,322 (95.0)	1,600 (4.3)		262 (0.7)	37,184 (100.0)		1	37,185
記載なし (%)	672 (91.1)	17 (2.3)	1 (0.1)	48 (6.5)	738 (100.0)		3,083	3,821
総計 (%)	35,994 (94.9)	1,617 (4.3)	1 (0.0)	310 (0.8)	37,922 (100.0)		3,084	41,006
平均	40.23	9.95		1.82	38.65		40.00	38.65
標準偏差	15.50	4.81		4.00	16.64			16.64

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査