

表 3496 PD透析液交換方法 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫外線)	バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も含む)	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	18 (29.5)	35 (57.4)	8 (13.1)		61 (100.0)		28	89
15歳～ (%)	23 (35.9)	31 (48.4)	8 (12.5)	2 (3.1)	64 (100.0)		37	101
30歳～ (%)	153 (38.8)	163 (41.4)	71 (18.0)	7 (1.8)	394 (100.0)	6	260	660
45歳～ (%)	454 (30.9)	764 (52.1)	200 (13.6)	49 (3.3)	1,467 (100.0)	11	842	2,320
60歳～ (%)	740 (30.2)	1,290 (52.6)	352 (14.4)	70 (2.9)	2,452 (100.0)	9	1,362	3,823
75歳～ (%)	300 (28.7)	584 (55.8)	135 (12.9)	28 (2.7)	1,047 (100.0)	3	599	1,649
90歳～ (%)	16 (20.5)	46 (59.0)	15 (19.2)	1 (1.3)	78 (100.0)		49	127
合計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
不明 (%)								
記載なし (%)								
総計 (%)	1,704 (30.6)	2,913 (52.4)	789 (14.2)	157 (2.8)	5,563 (100.0)	29	3,177	8,769
平均	61.87	63.46	62.66	63.81	62.87	57.52	62.73	62.80
標準偏差	14.64	14.58	14.64	11.51	14.55	13.15	14.64	14.58

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査