

表 3503 PD透析液交換方法 現在施行中のPD歴(年)別（腹膜透析単独患者）

現在施行中のPD 歴	完全手動式	バッグ交換デバイス(紫 外線)	バッグ交換デバイス(熱 式無菌接合装置)	バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も 含む)	合計	不明	記載なし	総計
1年未満 (%)	346 (28.2)	618 (50.3)	235 (19.1)	30 (2.4)	1,229 (100.0)	4	93	1,326
1年～ (%)	290 (29.0)	518 (51.8)	164 (16.4)	28 (2.8)	1,000 (100.0)	4	63	1,067
2年～ (%)	367 (30.4)	663 (54.8)	154 (12.7)	25 (2.1)	1,209 (100.0)	3	57	1,269
4年～ (%)	163 (29.6)	310 (56.4)	59 (10.7)	18 (3.3)	550 (100.0)	2	53	605
6年～ (%)	67 (30.7)	122 (56.0)	21 (9.6)	8 (3.7)	218 (100.0)	1	17	236
8年～ (%)	37 (38.9)	42 (44.2)	12 (12.6)	4 (4.2)	95 (100.0)	1	5	101
10年～ (%)	41 (41.0)	40 (40.0)	16 (16.0)	3 (3.0)	100 (100.0)	1	7	108
合計 (%)	1,311 (29.8)	2,313 (52.6)	661 (15.0)	116 (2.6)	4,401 (100.0)	16	295	4,712
記載なし (%)	61 (41.5)	69 (46.9)	11 (7.5)	6 (4.1)	147 (100.0)		2,245	2,392
総計 (%)	1,372 (30.2)	2,382 (52.4)	672 (14.8)	122 (2.7)	4,548 (100.0)	16	2,540	7,104
平均	2.85	2.64	2.34	2.89	2.66	3.79	2.71	2.67
標準偏差	2.89	2.43	2.74	2.62	2.63	4.38	2.72	2.65

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2015年調査