

表 473 ET測定頻度 ET測定値(EU/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数≥1)

ET測定値	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.001EU/mL未満 (%)		24 (0.7)	150 (4.4)	220 (6.5)	2,555 (75.0)	224 (6.6)	232 (6.8)	3,405 (100.0)	1		3,406
0.001～0.01EU/mL未満 (%)		5 (1.1)	16 (3.5)	16 (3.5)	335 (73.1)	59 (12.9)	27 (5.9)	458 (100.0)	1		459
0.01～0.05EU/mL未満 (%)			6 (3.8)	8 (5.0)	106 (66.3)	19 (11.9)	21 (13.1)	160 (100.0)			160
0.05～0.1EU/mL未満 (%)		1 (2.2)	4 (8.7)	2 (4.3)	27 (58.7)	4 (8.7)	8 (17.4)	46 (100.0)			46
0.1～0.25EU/mL未満 (%)		1 (2.7)	2 (5.4)	1 (2.7)	20 (54.1)	2 (5.4)	11 (29.7)	37 (100.0)			37
0.25～0.5EU/mL未満 (%)			2 (10.0)	2 (10.0)	7 (35.0)	6 (30.0)	3 (15.0)	20 (100.0)			20
0.5EU/mL以上 (%)				2 (12.5)	9 (56.3)	2 (12.5)	3 (18.8)	16 (100.0)			16
合計 (%)		31 (0.7)	180 (4.3)	251 (6.1)	3,059 (73.9)	316 (7.6)	305 (7.4)	4,142 (100.0)	2		4,144
不明 (%)	53 (79.1)				5 (7.5)	3 (4.5)	6 (9.0)	67 (100.0)	61		128
記載なし (%)	45 (100.0)							45 (100.0)		1	46
総計 (%)	98 (2.3)	31 (0.7)	180 (4.2)	251 (5.9)	3,064 (72.0)	319 (7.5)	311 (7.3)	4,254 (100.0)	63	1	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0043##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査