

表 475 ET測定頻度 細菌数(cfu/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)		25 (0.8)	143 (4.7)	196 (6.4)	2,306 (75.5)	184 (6.0)	201 (6.6)	3,055 (100.0)	2		3,057
0.1～ (%)	1 (0.2)	1 (0.2)	22 (4.4)	32 (6.4)	371 (74.5)	37 (7.4)	34 (6.8)	498 (100.0)	1		499
1～ (%)		3 (1.0)	10 (3.5)	16 (5.6)	213 (74.2)	27 (9.4)	18 (6.3)	287 (100.0)			287
10～ (%)		1 (0.7)	3 (2.1)	5 (3.5)	104 (72.7)	12 (8.4)	18 (12.6)	143 (100.0)	1		144
100以上 (%)		1 (3.6)	2 (7.1)	2 (7.1)	18 (64.3)	1 (3.6)	4 (14.3)	28 (100.0)			28
合計 (%)	1 (0.0)	31 (0.8)	180 (4.5)	251 (6.3)	3,012 (75.1)	261 (6.5)	275 (6.9)	4,011 (100.0)	4		4,015
不明 (%)	54 (31.0)				41 (23.6)	49 (28.2)	30 (17.2)	174 (100.0)	58		232
記載なし (%)	43 (62.3)				11 (15.9)	9 (13.0)	6 (8.7)	69 (100.0)	1	1	71
総計 (%)	98 (2.3)	31 (0.7)	180 (4.2)	251 (5.9)	3,064 (72.0)	319 (7.5)	311 (7.3)	4,254 (100.0)	63	1	4,318

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#C0045##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査