

表 478 ET測定値(EU/mL) 施設所属患者数別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

施設所属患者数	0.001 EU/mL未満	0.001～0.01 EU/mL未満	0.01～0.05 EU/mL未満	0.05～0.1 EU/mL未満	0.1～0.25 EU/mL未満	0.25～0.5 EU/mL未満	0.5 EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
10未満 (%)	126 (67.4)	33 (17.6)	16 (8.6)	4 (2.1)	5 (2.7)	2 (1.1)	1 (0.5)	187 (100.0)	39	11	237
10～ (%)	1,047 (78.7)	165 (12.4)	74 (5.6)	15 (1.1)	16 (1.2)	6 (0.5)	7 (0.5)	1,330 (100.0)	73	30	1,433
50～ (%)	1,302 (84.9)	148 (9.7)	43 (2.8)	21 (1.4)	10 (0.7)	6 (0.4)	3 (0.2)	1,533 (100.0)	11	4	1,548
100～ (%)	786 (85.1)	92 (10.0)	26 (2.8)	6 (0.6)	5 (0.5)	6 (0.6)	3 (0.3)	924 (100.0)	4	1	929
200～ (%)	105 (88.2)	12 (10.1)	1 (0.8)		1 (0.8)			119 (100.0)	1		120
300～ (%)	40 (78.4)	9 (17.6)					2 (3.9)	51 (100.0)			51
合計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318
記載なし (%)											
総計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318
平均	80.25	76.86	54.77	59.04	53.30	71.35	95.81	78.43	26.04	23.11	76.29
標準偏差	62.22	79.15	43.18	40.44	49.92	50.93	111.75	63.86	31.68	25.69	63.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0052##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査