

表 479 ET測定値(EU/mL) サンプル時ETフィルターの有無別(ベッドサイドコンソール台数 ≥ 1)

サンプル時ET フィルターの有無	0.001 EU/mL未満	0.001~0.01 EU/mL未満	0.01~0.05 EU/mL未満	0.05~0.1 EU/mL未満	0.1~0.25 EU/mL未満	0.25~0.5 EU/mL未満	0.5 EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	402 (11.8)	84 (18.4)	22 (13.8)	7 (15.6)	8 (22.9)	2 (10.0)	1 (6.3)	526 (12.7)	45 (52.3)	24 (100.0)	595 (14.0)
あり (%)	2,992 (88.2)	373 (81.6)	137 (86.2)	38 (84.4)	27 (77.1)	18 (90.0)	15 (93.8)	3,600 (87.3)	41 (47.7)		3,641 (86.0)
合計 (%)	3,394 (100.0)	457 (100.0)	159 (100.0)	45 (100.0)	35 (100.0)	20 (100.0)	16 (100.0)	4,126 (100.0)	86 (100.0)	24 (100.0)	4,236 (100.0)
不明	12	2	1	1	2			18	42	5	65
記載なし										17	17
総計	3,406	459	160	46	37	20	16	4,144	128	46	4,318

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

#C0053#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査