

表 480 ET測定値(EU/mL) サンプリングポイント別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

サンプリング ポイント	0.001 EU/mL未満	0.001～0.01 EU/mL未満	0.01～0.05 EU/mL未満	0.05～0.1 EU/mL未満	0.1～0.25 EU/mL未満	0.25～0.5 EU/mL未満	0.5 EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
ダイアライザ'前 (%)	3,059 (82.2)	414 (11.1)	151 (4.1)	39 (1.0)	28 (0.8)	17 (0.5)	13 (0.3)	3,721 (100.0)	48	7	3,776
ダイアライザ'後 (%)	330 (82.9)	41 (10.3)	9 (2.3)	5 (1.3)	9 (2.3)	2 (0.5)	2 (0.5)	398 (100.0)	5		403
合計 (%)	3,389 (82.3)	455 (11.0)	160 (3.9)	44 (1.1)	37 (0.9)	19 (0.5)	15 (0.4)	4,119 (100.0)	53	7	4,179
不明 (%)	17 (68.0)	4 (16.0)		2 (8.0)		1 (4.0)	1 (4.0)	25 (100.0)	75	7	107
記載なし (%)										32	32
総計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

##C0054##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査