

表 482 ET測定値(EU/mL) 細菌数(cfu/mL)別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

細菌数	0.001 EU/mL未満	0.001～0.01 EU/mL未満	0.01～0.05 EU/mL未満	0.05～0.1 EU/mL未満	0.1～0.25 EU/mL未満	0.25～0.5 EU/mL未満	0.5 EU/mL以上	合計	不明	記載なし	総計
0.1未満 (%)	2,863 (93.7)	140 (4.6)	25 (0.8)	12 (0.4)	8 (0.3)	4 (0.1)	3 (0.1)	3,055 (100.0)	2		3,057
0.1～ (%)	300 (60.4)	147 (29.6)	37 (7.4)	9 (1.8)	2 (0.4)	2 (0.4)		497 (100.0)	2		499
1～ (%)	117 (40.9)	97 (33.9)	49 (17.1)	11 (3.8)	5 (1.7)	6 (2.1)	1 (0.3)	286 (100.0)	1		287
10～ (%)	41 (28.9)	43 (30.3)	29 (20.4)	9 (6.3)	9 (6.3)	4 (2.8)	7 (4.9)	142 (100.0)	2		144
100以上 (%)	2 (7.1)	10 (35.7)	2 (7.1)	2 (7.1)	5 (17.9)	3 (10.7)	4 (14.3)	28 (100.0)			28
合計 (%)	3,323 (82.9)	437 (10.9)	142 (3.5)	43 (1.1)	29 (0.7)	19 (0.5)	15 (0.4)	4,008 (100.0)	7		4,015
不明 (%)	68 (61.3)	18 (16.2)	15 (13.5)	3 (2.7)	6 (5.4)	1 (0.9)		111 (100.0)	119	2	232
記載なし (%)	15 (60.0)	4 (16.0)	3 (12.0)		2 (8.0)		1 (4.0)	25 (100.0)	2	44	71
総計 (%)	3,406 (82.2)	459 (11.1)	160 (3.9)	46 (1.1)	37 (0.9)	20 (0.5)	16 (0.4)	4,144 (100.0)	128	46	4,318

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

#C0056#

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2016年調査