

表 484 細菌数測定の頻度 ベッドサイドコンソール台数別 (ベッドサイドコンソール台数 1)

ベッドサイド コンソール台数	なし	毎日	毎週	隔週	毎月	年数回	年1回	合計	不明	記載なし	総計
25未満	161 (%)	5 (0.3)	29 (1.6)	70 (3.8)	1,247 (67.5)	209 (11.3)	126 (6.8)	1,847 (100.0)	63	1	1,911
25~	21 (%)	2 (0.1)	64 (3.6)	110 (6.3)	1,241 (70.8)	101 (5.8)	215 (12.3)	1,754 (100.0)	14		1,768
50~	2 (%)	2 (0.4)	41 (0.4)	33 (8.9)	295 (7.2)	33 (64.0)	55 (7.2)	461 (11.9)	1		462
75~		3 (3.0)	6 (6.1)	11 (11.1)	58 (58.6)	6 (6.1)	15 (15.2)	99 (100.0)			99
100~		1 (1.3)	8 (10.3)	5 (6.4)	45 (57.7)	5 (6.4)	14 (17.9)	78 (100.0)			78
合計	184 (%)	13 (0.3)	148 (3.5)	229 (5.4)	2,886 (68.1)	354 (8.4)	425 (10.0)	4,239 (100.0)	78	1	4,318
記載なし (%)											
総計	184 (%)	13 (0.3)	148 (3.5)	229 (5.4)	2,886 (68.1)	354 (8.4)	425 (10.0)	4,239 (100.0)	78	1	4,318
平均	13.73	58.54	46.41	37.59	31.24	26.36	37.17	31.62	14.54	4.00	31.31
標準偏差	9.80	59.93	30.25	22.31	19.96	21.00	25.96	21.89	11.97		21.87

数値下のカッコ内は行方向の合計に対する%です。

##C0061##

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2016年調査